

SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA BIC EN EL HOGAR

INSTITUTO ONCOLÓGICO | Fundación Arturo López Pérez



GUÍA PARA USO DE BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA (BIC) EN EL HOGAR.

La Bomba de Infusión Continua es un aparato que le permite recibir quimioterapia o medicamentos prescritos para el tratamiento de su enfermedad. Está programada a una velocidad determinada, lenta y continua para que sea absorbido de forma intravenosa sin interrupciones y en un tiempo establecido. Viene en un bolso que usted deberá portar cada vez que acuda a su tratamiento.

¿Cómo funciona la Bomba de Infusión Continua?

> Pantalla

Muestra información y mensajes.

> Cassette

Depósito del medicamento.

> Alarma

Se activa un sonido que avisará si la droga está por terminar, si ya terminó o si hay algún desperfecto.



Teléfonos

- Quimioterapia Ambulatoria: 2 2445 7307 - 2 2445 7306
- Médico-Quirúrgico: 2 2445 7309 - 2 2445 7310

Cuidados a tener en cuenta

- Manténgala siempre funcionando (FUNC).
- Evite golpes o caídas.
- No la exponga a temperaturas superiores a 40° C o inferiores a 2° C.
- No use pilas recargables.
- No la limpie, moje, ni sumerja en agua.
- Evite doblar las conexiones.

Importante:

- **Verifique una vez al día que su bomba esté funcionando.** Para ello lea la pantalla. Esta debe decir **FUNC** (funcionando).
- Solo cuando su tratamiento haya terminado y su bomba diga **VACÍO** en la pantalla, debe apretar el botón **PARADA**.

FUNC

PARADA

Preguntas frecuentes

> ¿Qué hacer si la alarma de la bomba suena antes del tiempo programado?

Revise en el visor la causa de la alarma. Puede ser:

Presión elevada: (Alarma suena en forma continua). Se está generando resistencia al paso del medicamento. Asegúrese que las pinzas que están en el trayecto estén abiertas y que no esté doblada la bajada en alguna parte. Si sigue sonando, llame o acuda de inmediato al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP en horario hábil, o donde la enfermera le indique en el momento de conectarle su bomba. Saque las pilas de la parte posterior.

Volumen bajo: (Alarma suena a ratos). A la bomba le queda poco volumen del medicamento, alrededor de 1 hora para el término completo. Acuda a retirar la bomba al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP.

Vacío: (Comienza a sonar una alarma continua). No queda medicamento por pasar. Detenga la bomba presionando el botón "Parada" y acuda al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP.

Cassette desconectado: (Suena una alarma continua). Esto puede ser porque el cassette que contiene el medicamento se soltó de la bomba. Llame o acuda al Servicio de Quimioterapia Ambulatoria FALP. Saque las pilas de la parte posterior de la bomba.

> ¿Puedo bañarme?

Sí, teniendo la precaución de no mojar la bomba ni los parches que protegen su catéter. También puede utilizar la ducha teléfono o lavado parcial.

Deje la bomba fuera de la ducha colgada sobre la altura de la cintura.

Si se moja la zona del catéter seque con secador de pelo a temperatura suave.

> ¿Puedo realizar actividad física?

Sí. Tenga la precaución de no realizar ejercicios bruscos ni extenuantes. Se recomiendan caminatas en compañía de otra persona.

> CONTACTO

- Ubicación Av. Rancagua 878, Providencia
- Mesa Central (2) 2420 5100
- Página web www.falp.cl